



**Pracoviště:** Oblastní inspektorát Praha, Radiová 1136/3, 102 00 Praha 10 - Hostivař  
 Oddělení primární metrologie plyných směsí a certifikace referenčních materiálů  
 tel. +420 266 020 166, fax. +420 266 020 169

## OVĚŘOVACÍ LIST

### 1014-OL-30239-21

**Datum vydání:** 19. duben 2021 List 1 ze 2 listů

**Zákazník:** ČR Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje  
 Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem

**Měřidlo:**  
**Druh:** analyzátor alkoholu v dechu (digitální)  
**Výrobce:** Dräger Safety AG & Co. KGaA, Německo

**Typ měřidla:** Alcotest 7510 Standard

**Výrobní číslo:** ARBM-0021

**Vlastník měřidla:** ---

**Použité etalony:** kalibrační plyny ČMI pro ověřování a kalibraci analyzátorů alkoholu v dechu,  
 specifikované platným certifikátem referenčního materiálu a záznamem o měření

**Datum provedení:** 19. duben 2021

**Místo provedení:** Oddělení primární metrologie plyných směsí a certifikace referenčních materiálů-FM;  
 Laboratoř primární metrologie plyných směsí, Praha

**Podmínky měření:** teplota v laboratoři: (19,0 - 27,0) °C  
 průtok plynu: (0,30 ± 0,05) l/s

**Ověření provedl:**

**Ředitel organizační jednotky:**

Ivana Žamberová



Dr. Ing. Radek Strnad, PhD.

**Metoda měření:** přímým měřením suchým referenčním plynem (certifikovaným referenčním materiálem); zkouška byla provedena podle postupu uvedeném v opatření obecné povahy 0111-OOP-C040-17. Pro přepočítání mezi jednotkami mg/l a promile (‰) byl použit přepočítací koeficient 2,1.

**Výrok o výsledku:**

Hmotnostní koncentrace etanolu	0,14 mg/l 0,29 ‰	0,48 mg/l 1,01 ‰	0,90 mg/l 1,89 ‰	1,40 mg/l 2,94 ‰
Největší dovolená chyba	0,02 mg/l 0,04 ‰	5 ‰	5 ‰	5 ‰
Největší dovolená směrodatná odchylka	0,01 mg/l	2,5 ‰	2,5 ‰	2,5 ‰

Ověření je provedeno vystavením tohoto ověřovacího listu a opatřením měřidla úřední značkou.

**Měřidlo splňuje požadavky** Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C040-17.

**Doba platnosti ověření končí dnem:** 19. duben 2022

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) č.345/2002 Sb. v platném znění. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č.262/2000 Sb. v platném znění.

Konec ověřovacího listu

