



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno
tel. +420 545 555 111
www.cmi.cz

Tato kopie doslovně
souhlasí s originálem
s ověřenou kopií.

08.07.2020

Pracoviště: Oblastní inspektorát Olomouc, Pekařská 9, 779 00 Olomouc
oddělení měr a vah, tel. +420 585 204 240, fax. +420 585 226 416

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 26. červen 2020 List 1 z 1 listu

Zákazník: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9
401 89 Ústí nad Labem

Měřidlo - druh: Váhy s neautomatickou činností třídy přesnosti III

výrobce: Tenzováhy; s.r.o.; Olomouc

typ: PW-10

výrobní číslo: K0200005; plošiny č. 10540009; 10540010

specifikace: Max 10 000/20 000 kg Min 200/500 kg e = 20 / 50 kg

Vlastník měřidla:

Použité etalony: Snímač síly C16AC3, kalibrační list č. 8011-KL-F0001-18, kalibrováno ČMI OI Praha.

Datum provedení: 25. červen 2020

Místo provedení: Tenzováhy; s.r.o. Olomouc - přenosné váhy (2 plošiny)

Výrok o výsledku: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.
Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Ověření provedl:

Ředitel organizační jednotky:


Petr Krejčíř





František Libra